

COUPLER / HOSE

Amico



COUPLER O2 CHEMETRON หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว ก๊าซออกซิเจน CHEMETRON TYPE

[CODE. 1CHUOM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ขุ่น หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

Amico



COUPLER N2O CHEMETRON หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว ก๊าซไนตรัสออกไซด์ CHEMETRON TYPE

[CODE. 2CHUNM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ขุ่น หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

Amico



COUPLER AIR CHEMETRON หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว อากาศอัดทางการแพทย์ CHEMETRON TYPE

[CODE. 3CHUAM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ขุ่น หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

Amico



COUPLER VAC CHEMETRON หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว สูญญากาศ CHEMETRON TYPE

[CODE. 4CHUVM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ขุ่น หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

COUPLER / HOSE

COUPLER O2 PURITAN

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว ก๊าซออกซิเจน
PURITAN TYPE

Amico



[CODE. PBUOM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้จนบน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

COUPLER N2O PURITAN

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว ก๊าซไนตรัสออกไซด์
PURITAN TYPE

Amico



[CODE. PBUNM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้จนบน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

COUPLER AIR PURITAN

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว อากาศอัดทางการแพทย์
PURITAN TYPE

Amico



[CODE. PBUAHB4]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้จนบน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

COUPLER VAC PURITAN

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว สูญญากาศ
PURITAN TYPE

Amico



[CODE. PBUVHB4]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้จนบน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

COUPLER / HOSE

Amico

COUPLER O2 OHMEDA

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว ก๊าซออกซิเจน
OHMEDA TYPE



[CODE. 10HUVVM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้บน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

Amico

COUPLER N2O OHMEDA

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว ก๊าซไนตรัสออกไซด์
OHMEDA TYPE



[CODE. 20HUVVM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้บน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

Amico

COUPLER AIR OHMEDA

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว อากาศอัดทางการแพทย์
OHMEDA TYPE



[CODE. 30HUVVM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้บน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

Amico

COUPLER VAC OHMEDA

หัวจ่ายชนิดเสียบเร็ว สูญญากาศ
OHMEDA TYPE



[CODE. 40HUVVM2]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดระเบิด หรือไฟไหม้ - ห้ามใช้หรือเก็บน้ำมัน จาระบี น้ำมันหล่อลื่นอินทรีย์ หรือวัสดุที่ติดไฟได้บน หรือใกล้กับเครื่องนี้ - ห้ามใช้ใกล้เปลวไฟ หรือสารไวไฟ / ระเบิด ไอระเหย หรือบรรยากาศทุกประเภท - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจ่ายออกซิเจน

COUPLER/HOSE

Hose O2 Green 1/4" ID
สายทนแรงดัน



[CODE. 13-4-10C4]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Hose N2O Blue 1/4" ID
สายทนแรงดัน



[CODE. 13-4-2N2C4]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Hose AIR Yellow 1/4" ID
สายทนแรงดัน



[CODE. 13-4-3AC4]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Hose VAC White 1/4" ID
สายทนแรงดัน



[CODE. 13-4-4VC4]

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้